

PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 12/2025

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAÚDE, torna público para conhecimento de todos os interessados, que na condição de Órgão Gerenciador, realizará procedimento de Intenção de Registro de Preços - IRP para os MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, nos termos do art. 86 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, Decreto nº 007/2024 do CONSAÚDE e disposições abaixo:

1 - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente edital é o procedimento de Intenção de Registro de Preços - IRP, a ser operacionalizado pelo CONSAÚDE, na condição de Órgão Gerenciador, que será utilizado somente pelos municípios consorciados e o próprio consórcio, visando a futura e eventual aquisição de **Materiais Médicos e de Enfermagem – Agulhas, seringas e equipos**, conforme item constantes na tabela abaixo desse instrumento para atender a demanda dos órgãos participantes deste certame, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital e seus anexos.

ITEM	CÓDIGO MV	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QTD
1	9273	AGULHA ASPIRACAO 25 X 12 MM -HIPODÉRMICA, PONTA ROMBA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL SIMPLES COM AFIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DE FRASCO-AMPOLA, CANHÃO COM ENCAIXE PARA SERINGA COM BICO LUER SLIP OU LUER LOOK.	UNIDADE	
2	7575	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 X 4,5 MM -AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 13MM X 4,5MM,; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
3	9269	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 X 7 MM -AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO,	UNIDADE	

		C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 25 MM X 7 MM,; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE		
4	9271	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 X 8 MM -AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 25 MM X 8 MM,; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
5	269	AGULHA SUTURA CIRURGICA G-08 -AGULHA PARA SUTURA CIRÚRGICA EM AÇO INOX, FUNDO FALSO, ½ CÍRCULO, CORTANTE, G-8	UNIDADE	
6	270	AGULHA SUTURA CIRURGICA G-09 -AGULHA PARA SUTURA CIRÚRGICA EM AÇO INOX, FUNDO FALSO, ½ CÍRCULO, CORTANTE, G-9	UNIDADE	
7	397	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO 14G -DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 14G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INÓX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS PUNÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR ISO-10.555-5.	UNIDADE	
8	401	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO 18G -DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 18G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INÓX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS PUNÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR ISO-10.555-5.	UNIDADE	
9	402	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO 20G -DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 20G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INÓX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS PUNÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR ISO-10.555-5.	UNIDADE	
10	404	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO 24G -DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 24G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO	UNIDADE	

HLRB - HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

		INÓX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS PUNÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR ISSO 10.555-5.		
11	10824	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP COM GUIA Nº 24G -CONJUNTO INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, COM CATETER EXTERNO, CALIBRE 24G, EM POLIURETANO, PERFEITAMENTE FIXADO ATRAVÉS DE TRAVA DE SEGURANÇA A FLANGES, FLEXÍVEL, ADAPTADO À UM CONECTOR EM "Y", COM TAMPA FILTRO NUMA DAS EXTREMIDADES E SISTEMA DE ROSQUEAMENTO AUTO VEDANTE NA OUTRA. FLANGES E CONECTOR COMPATÍVEIS COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INÓX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA COM BISEL TRIFACETADO AFIADO, FIXADO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A RETIRADA DO CATETER.	UNIDADE	
12	387	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 19 -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO/ SEGURANÇA ATRAVÉS DE RETRAÇÃO DA AGULHA, CALIBRE 19G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMÁTICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLÁSTICO; DOTADA DE ASAS ANATÔMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSÃO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMÓRIA DE DOBRA, COM CONEXÃO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM RETRAÇÃO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVAÇÃO INADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NÃO DEVERÁ PERMITIR SUA REUTILIZAÇÃO	UNIDADE	
13	394	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 25 -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO/ SEGURANÇA ATRAVÉS DE RETRAÇÃO DA AGULHA, CALIBRE 25G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMÁTICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLÁSTICO; DOTADA DE ASAS ANATÔMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSÃO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMÓRIA DE DOBRA, COM CONEXÃO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM RETRAÇÃO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVAÇÃO INADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NÃO DEVERÁ PERMITIR SUA REUTILIZAÇÃO	UNIDADE	
14	590	EQUIPO MACROGOTAS -EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS; EM PVC OU SIMILAR ATOXICO, COM NO MINIMO 150 CM; COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLASTICA OU BORRACHA; COM PINCA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISAO; INJETOR LATERAL RESISTENTE, COM DISPOSITIVO DE PROTECAO; CONECTOR E ADAPTADOR LUER SLIP COM PROTETOR E FILTRO HIDROFOBO P/RETIRADA DE AR SEM CONTAMINACAO; MACROGOTAS; SEM RESPIRO; FLEXIVEL,COM FILTRO DE 15 MICRA COM POROSIDADE ESPECIFICA P/USO EM SOLUCAO PARENTERAL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, ESTERIL,MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO ISO NBR 8536-4.	UNIDADE	
15	581	EXTENSOR 4 VIAS PARA CISTOSCOPIA -EXTENSOR	UNIDADE	

HLRB - HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

		PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES"; PARA CITOSCOPIA OU RESSECCAO TRANS-URETRAL, ESTERIL, COM 4 VIAS E PONTAS PERFURANTES; COM PROTETORES, CONEXAO E AJUSTE PRECISOS EM BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E OUTROS; C/PINCAS P/CADA VIA E DE FACIL MANUSEIO, TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE DIAMETRO INTERNO DE APROX.5,40MM; ATOXICO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,50M, PINCA NO TUBO EXTENSOR; EXTREMIDADE COM CONECTOR TIPO LUER-LOCK COM PROTETOR, RESISTENTE A FLUXO DE PRESSAO; EMB. INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE		
16	16367	KIT PARA PUNCAO ARTERIAL -KIT PARA PUNÇÃO ARTERIAL. CONTENDO CATETER ARTERIAL EM POLIURETANO RADIOPACO; EXTENSÃO COM CLAMP E ABA DE FIXAÇÃO COM BAIXO PERFIL EM SILICONE; REFORÇO NA JUNÇÃO DO CATETER COM O CORPO CENTRAL PARA EVITAR DOBRAS; AGULHA ARTERIAL COM CORTE EM V NO CANHÃO PARA INDICAÇÃO DA FACE DO BISEL, GUIA METALICO RETO, COM MARCA DE REFERENCIA QUE INDICA QUANTO A PONTA DO FIO GUIA ESTA NA PONTA DA AGULHA; CANHÕES DAS AGULHAS CODIFICADOS COM CORES NO PADRÃO ISO. COM DIAMETRO INTERNO DE 20GA; COMPRIMENTO 05CM.	UNIDADE	
17	7680	SERINGA 20 ML - BICO LUER LOOK -SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 20 ML, INCOLOR, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER LOOK, EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA.	UNIDADE	
18	7678	SERINGA 5 ML - BICO LUER LOOK -SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL TIPO LUER LOCK; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 5ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORATORIAL QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 E LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
19	686	SERINGA 5 ML - BICO LUER SLIP -SERINGA 5 ML - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER SLIP; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 5ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT., QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886.	UNIDADE	
20	6872	SERINGA 60 ML - BICO CATETER -SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE 60 ML, INCOLOR, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO CATETER, EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA.	UNIDADE	
21	13559	SERINGA 60 ML - BICO LUER LOOK -SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 60 ML, INCOLOR, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER LOOK, EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA.	UNIDADE	
22	689	SERINGA 60 ML - BICO LUER SLIP -SERINGA	UNIDADE	

		DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 60 ML, INCOLOR, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVAÇÃO INDELEÍVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER SLIP, EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA.		
23	595	TAMPA LUER LOOK SLIP MACHO FEMEA ESTERIL- TAMPA LUER LOOK MACHO/FEMEA, ESTÉRIL. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO MS.	UNIDADE	
24	596	TORNEIRA DESCARTAVEL COM 3 VIAS- CONJUNTO DE TORNEIRINHA; EM TORNEIRA BI VALVULA DE ALTOFLUXO, C/CORPO EM POLICARBONATO, TRANSPARENTE VALVULA EM SILICONE PARA CONEXAO SEM AGULHA; COM CANAIS E FLUXOS EXATOS COM CANAL DE FLUXO GRAVITACIONAL APROXIMADO DE 12L/H, QUE PERMITA LIMPEZA AUTOMATICA DO VOLUME INTERNO QUANDO EM FLUXO CONTINUO; COM VOLUME RESIDUAL PROXIMO DE ZERO. PRIMING APROXIMADO DE 0,3ML.LUERLOCK MACHO NA SAIDA LATERAL DIREITA C; COM /TAMPA PROTETORA EM POLIETILENO, SAIDA LATERAL ESQUERDA E FRONTAL C/ CONEXAO VALVULADA FEMEA; EMBALADO: EM MATERIAL Q PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; DEVENDO CONSTAR: PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UNIDADE	

1.3 A previsão da publicação do processo licitatório é para o dia **12 de Dezembro de 2025**, com validade da ata de registro de preços de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada conforme os termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e Decreto nº 007/2024 do CONSAÚDE.

2 – DO PRAZO

2.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO interessado deverá apresentar manifestação de intenção de registro de preços **dentro de 8 (oito) dias úteis**, a partir da publicação.

2.2. Para fins de participação **deverá encaminhar até o dia 01/12/2025** suas intenções no e-mail: licitacoes@consaude.org.br, com os seguintes documentos:

- a) Estimativa de consumo referentes aos objetos serem licitados anexo;
- b) Manifestação do **Prefeito ou por representante legal**, conforme modelo anexo;

3 – DO PROCEDIMENTO

3.1. O procedimento de IRP será operacionalizado pelo CONSAÚDE através do sistema de Suprimentos.

3.2. O órgão gerenciador poderá aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados.

3.3. Dúvidas ou esclarecimentos poderão ser solicitados por meio eletrônico (licitacoes@consaude.org.br) ou através do telefone (13) 3856-9609, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Pariquera- Açu /SP, 17 de Novembro de 2025

JUCILAINE A. S. PASSOS

Diretora Administrativa

ANEXO I

MODELO DE MANIFESTAÇÃO

MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE _____,
DE INTENÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2025.

O MUNICÍPIO DE _____,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa no endereço

_____,
inscrito no CNPJ sob nº _____, neste ato
representado pelo (a) _____,
vem apresentar manifestação de **INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP**
de participar como órgão participante, referente ao Processo Administrativo Nº
9098/2025, do Consórcio Intermunicipal de saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
- CONSAÚDE . Para tanto, informa a estimativa de consumo (item/quantidade)
abaixo:

A Ata de Registro de Preços deverá ser encaminhada para assinatura no endereço de e-mail
_____.

E por estar compromissado, assina a presente manifestação

_____, _____, de 2025

PREFEITO / REP. LEGAL

Município de _____