

ESCLARECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2021

PROCESSO Nº 133/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES.

I – DO PEDIDO

A requerente solicita o seguinte:

“Referente ao LOTE 3 está sendo solicitado em regime de comodato 200 (DUZENTAS) BOMBAS DE INFUSÃO LINEAR.

Questionamos qual o quantitativo de equipamentos para infusão parenteral e enteral separadamente? Visto que apresentamos tecnologias distintas para cada finalidade, proporcionando assim maior segurança na infusão.”

II – DA TEMPESTIVIDADE

O item XVII, subitem 7 estabelece que: “Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.” A sessão pública do Pregão Presencial nº 53/2021 está marcada para o dia 11/01/2022. Nesse sentido, o pedido de esclarecimento realizado pela empresa FRESENIUS KABI BRASIL revela-se tempestivo, uma vez apresentado no dia 06/01/2022.

III– DA RESPOSTA

Por se tratar de matéria eminentemente técnica, o pedido foi encaminhado ao setor demandante. Sendo assim, após análise do pedido, o setor responsável apresentou resposta quanto ao teor do referido pedido de esclarecimento, que transcrevemos:

“Informamos que não serão aceitas pela Administração Bombas distintas para infusão enteral e parenteral. Os motivos se dão por conta das rotinas implementadas e

padronizadas no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua; É inviável a instalação de bombas diversas para nutrição enteral e parenteral, primeiro, pela dificuldade de se delimitar a quantidade de bombas para cada um dos casos; segundo, pela possibilidade de confusão dos profissionais quando da utilização de bombas diversas para cada um dos casos, pondo em risco a segurança dos pacientes.”

Pariquera-Açu, 07 de janeiro de 2022.

JOSÉ AUGUSTO PINTO
Pregoeiro